

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 9月 7日

機種/型式	IC clave		
作業年月日	年 月 日	作業時間: Hr	
顧客名	かけ持ち工芸センター 様	TEL:	
所在地	愛知県岡崎市元次町 1-12-1	ご担当 様	
販売店	株式会社元次町 名古屋支店	ご担当 様	
納入年月日	2017年 6月 20日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100282	運転回数: 877
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.14 真空時間オーバー異常		
・エラーNo.18 滅菌異常		
原因		
・真空ポンプインテリジェンス不良		
処置、作業内容		
・真空ポンプインテリジェンス交換		
・配管確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプインテリジェンス		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 吉田 幸喜 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
元 森	元 森