

D) 作業報告書

得意	古橋歯科			様	ご承認印
住所	三重県四日市				
TEL	059-399-5931	室名		ご依頼	様
機種 型式	IC washer		号機	運搬 回数	回
完了	継続	有料	無料	製番	100044
取扱業者名	(株)エムシーサービス			ご担当者	様

作業日 20 18 年 4 月 12 日

保守 形態	1 保守 契約	2 性能 点検	3 性能 点検	4 性能 点検	5 点検	9 点検 (摘要)
サービス 形態	1 保守 期間	2 ボ ット	3 CM	医療 機器		特 非 管 特
作業 区分	00 製品 販売	10 納入 設置	11 現地 調整	20 定期 点検	30 性能 検査	40 点検
	70 PR	72 製品 説明	73 改造	74 部品 納入	75 下見	77 PC
						50 プ ール
						60 搬去 移設
						80 ア フター
						90 その他

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

×-1様了承済初為
 付し

特記事項

①管理No.	804783
②作業日	20 18 04 12
③Uコード	0593995931
④機種コード	111 - 99
⑤製造No.	
⑦保守・サービス形態 作業区分	9 - 2 - 510
⑧故障コード	99 - 5110 - 2
⑨実施SC	63
⑩技術者	65
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9 - 1 - 2

ご依頼内容・現象

洗剤の減りが早い

原因

洗剤ボトル内が下り劣化

処置

予防措置として
洗剤ボトルをラックで保ち、床に置いて様子見

最終確認チェック

☒漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作

☐絶縁 ☐プログラム設定 ☒試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言	隣の機種のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異音あり ☐ 故障あり ☐ 劣化あり
☐ 保証交付 ☒ あり ☐ なし	

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	1 名 × 8000 円	8000
3	派遣料	130km 1 名 × 100 円	13000
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3000
6	有料		3440

サービスセンター	TEL - -	実施者	伊藤 小幡
----------	---------	-----	-------

部署長	検印	入力	納品書
倉知	長川 30	久保	小幡

料金内訳

⑬ A	部品代	
⑭ B	技術料等	27 880
⑮		
⑯	税別合計金額	27 880
⑰ B	消費税	2 195

ご請求金額	29 635
-------	--------

納品書No.	817
--------	-----