

作業報告書

依頼者様	取野歯科医院様		ご承認日	
住所	半田市天神町50-5 天神ビル2F		依頼者様	
TEL	0569-23-1549	署名	依頼者様	
機種型式	WD-150 (ワンダー)	号機	2502	回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株)IHJアグリテック様		ご担当者	

ご依頼内容・現象
・エラー 20 (排水未開始)

原因
・排水ポンプの能力低下の疑い
(経年劣化、ポンプ内への異物混入等)

処置
・排水ポンプ単独運転テスト × 3回
(給水 → 排水)
・パラメータ調整 (排水エラー時間)
・テスト運転 190℃ 熱水 5分 モード)

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 格縁	☐ プログラム設定	☒ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言
・稼働運転回数が2500回を越えていき、メンテナンスが必要と致しております。

同機の機器のコンディション

メーカー	
機種	
☐ 異常なし	☐ 警報・Er
☐ 漏れあり	☐ 異音あり
☐ 破損あり	☐ 劣化あり
部位	

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 18 年 5 月 10 日

保守形態

1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検	5 点検	6 対象外 (摘要)
☒	☒	☒	☒	☒	☒

サービス形態

1 保守期間	2 スポット	3 CM	4 医療機器	5 区分	6 特管	7 非特管
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

作業区分

00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検	60 撤去移設
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 RC	80 アフター	90 その他
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	金額
2	技術料 2 H × 1 名 × 8,000円	16,000
3	派遣料 10 H × 1 名 × 100 円	1,000
4	宿泊費 泊 × 1 名 × 円	11,800
5	諸経費	3,000
6	有料道路	3,180

部署長 倉知 検印 久保 入力 久保 納品書

実施者 水野 小橋

TEL - -

①管理 No. 804706 ✓

②作業日 20 18 年 5 月 10 日

③Uコード 0569231549

④機種コード 11 - 72

⑤製造 No. 14060097

⑥保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑦故障コード 32 - 208 - 7

⑧実施SC 63

⑨技術者 42

⑩同行・応援 41, ,

⑪原因・処理 1 - 9 - 1 - 2

料金内訳

⑬ A

部品代

⑭ B

技術料等 33,180

⑮

⑯

税別合計金額 33,180

消費税 2,654

ご請求金額 35,834

納品書 No. 1762