

作業報告書

依頼者様	堀田 隆幸		ご承認印	(堀田)
住所	石川県守山区守段町13			
TEL	052-794-8188	署名		
機種名	マイナー-ディスプレイ79-	メーカー	THIA777	
型式	WD-150	(号機)	製番	14080136
継続	有料	無料		

ご依頼内容・現象
 ・漏水センサー 反応不良 代替品交換
 (ご依頼者様)

原因

処置
☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

お客様への伝言

作業日 2019年11月22日

保守記録	1 保守契約	2 点検整備	3 特約点検	4 点検整備	5 点検	対象外 (摘要)
サービス記録	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特 非 特 非
作業区分	00 部品点検	10 納入設置	11 現場調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	50 ゴール	60 撤去移設	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入
	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他		

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	30,000
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	自費10km 2名× 100 円	6,400
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6	その他		1,740

サービスセンター
 石川 SC
 TEL
 実施者
 水野 小南

責任技術者
 換印
 入力
 納品書
 中森

取扱業者 (請球先)

THIA777

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No 809068

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売
 エムシーサービス株式会社
 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
 洗浄・滅菌業務委託・医療機器洗浄・滅菌テスト
 滅菌センター
 〒386-0002 長野県上田市住吉200-8
 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
 福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
 CARE メディカルケア株式会社
 〒387-0013 長野県千曲市小島3172
 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳

⑬ A
 部品代

⑭ B
 技術料等 38,140

⑮

⑯
 税別合計金額 38,140

消費税 3,051

ご請求金額 ¥ 41,191

納品書No

C 実施者 → 営業

2019年 11月31日 15時03分

エムシーサービス (株) 各店SC

NO.4102 P. 9/14