

C 作業報告書

お得意様	RYO JIMBO DENTAL 様		ご承認印
住所	名古屋市中区千代田26-12F		
TEL	052-462-1118	室名	
機種名	IC Washer	メーカー	IH177177
型式	(号機)	製番	
完了	☒ 継続	有料	無料
製造国数			

ご依頼内容・現象

・エー-No.7 (歯槽水石台下)

(ご依頼者 様)

原因

・ホース故障と思われる

処置

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

・点検表は別紙に添付

お客様への伝言

作業日 20 19 年 1 月 30 日

保形 守形 1 点検 2 点検 3 点検 4 点検 5 点検 6 点検 (摘要)

サービス形態 1 点検 2 点検 3 CM 医療機器 区分 特 非

作業区分 00 製品販売 10 組立設置 11 現地調査 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 コール 60 搬去移動 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 PC 80 アフター 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 1.5 H×	名× 8,000 円	12,000
3	派遣料 1台40分	名× 100 円	4,000
4	材料費 泊×	名× 円	800
5	諸経費		3,000
6	合計		2,200

サービスセンター TBL 実施者 小森

責任技術者 鏡印 入力 納品書

取扱業者 (請求先)

IH177177

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 809080

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒307-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

長野SC	長野SC	つくばSC	長野SC	長野SC	長野SC
長野SC	長野SC	長野SC	長野SC	長野SC	長野SC
長野SC	長野SC	長野SC	長野SC	長野SC	長野SC
長野SC	長野SC	長野SC	長野SC	長野SC	長野SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器標準洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒306-0002 長野県千曲市作宮200-8
TEL 026-27-2230 FAX 026-27-2250

施設用具レンタル・販売・住宅リフォーム

M CARE メディカルケア株式会社

〒307-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳

⑬ A 部品代

⑭ B 技術料等 22,060

⑮

⑯ 税別合計金額 22,060

消費税 1,764

ご請求金額 ¥ 23,824

納品書No.