

C 作業報告書

依頼者	堀田歯科		様	ご承認印
住所	名古屋市守山区守牧町13番地			
TEL	052-794-8188	室名		
機種名	ウォッシャー・ディスインフェクター	メーカー	(株)IHIアグリテック	
型式	WD-150	(号機)	製番	14080136
完了	継続	有料	無料	運送回数
				2470 回

ご依頼内容・現象

熱水消毒中にエラー6(給水時間超過)が出る

(ご依頼者 様)

原因

処置

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

- ・ 給水・給湯時間測定及び給水量確認
- ・ 給水・給湯スレーサー確認
- ・ 給水限度時間変更 給湯限度時間変更
85 → 300 90 → 300

お客様への伝言

作業日 20 18 年 10 月 22 日

保守 守 1 点検 2 点検 3 点検 4 点検 5 点検 対象外 (摘要✓)
 サービス形態 1 保守 2 スポット 3 CM 医療機器 区分 特 非

作業区分 00 部品 10 納入 11 現場 20 定期 30 性能 40 点検 50 コール 60 撤去
 70 PR 72 取説 73 改造 74 部品 75 下見 77 PC 80 アフター 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・搬付・点検・性検	(見積書№)	
2	技術料 2 H× 1 名× 8,000 円		16,000
3	派遣料 往 30k × 1 名× 100 円		3,000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3,000
6			

サイレンスセンター
 名古屋SC
 TEL
 実施者 水野

責任技術者 捺印 入力 納品書

取扱業者(請求先)

(株)IHIアグリテック

(支店名)

(ご旧当者)

(注文No.)

管理№ 808896

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社

〒467-0010 名古屋千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

川崎SC 津島SC 千代田SC 大井町SC 国府SC
 八王子SC 松本SC 長野SC 長野SC 長野SC
 長野SC 長野SC 長野SC 長野SC 長野SC
 長野SC 長野SC 長野SC 長野SC 長野SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒466-0902 名古屋千曲市住吉280-8
TEL 0268-27-2280 FAX 0268-27-2260

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

M CARE メディカルケア株式会社

〒467-0013 名古屋千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳

③A

部品代 0

④B

技術料等 22,000

⑤

⑥

税別合計金額 22,000

B

消費税 1,760

ご請求金額 ¥ 23,760

納品書№