

C 作業報告書

依頼者様	よつば 新井 711-17			様	ご承認印
住所	宮城県仙台市青葉区				
TEL	0586-26-1428			署	
機種名	Zapier-121:7077-			メーカー	IH2P7117
型式	JC Washer (号機)			製番	
完了	修理	有料	無料	保証期間	回

ご依頼内容・現象
 ・IH-No.2 (洗浄槽満水) が発生する
 (ご依頼者 様)

原因
 ・洗浄槽の水レベルが異常に高くなる可能性

処置
☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし
 ・水レベル調整
 ・機内よりビス穴を伝って槽の漏水有り

お客様への伝言
 ・代替機入替を行う。

作業日 20 19 年 2 月 20 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	6 対象外 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	非常時
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 RC
					80 アフター	90 その他

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 ZJH× 1 名× 2000 円	20000
3	派遣料 5月15日 1 名× 1000 円	15000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3000
6		

責任技術者	検査	入力	納品書
よつば SC	実施者	中森	
TEL			

取扱業者 (請取先)
 IH2P7117
 (支店名)
 (ご担当者)
 (注文No.)

管理No. 809191
 左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
 なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムサービス株式会社
 〒347-0013 長野県千曲市小島3171-5
 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
M 滅菌センター
 〒306-0002 長野県上田市佐倉280-8
 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
ORE メディカルケア株式会社
 〒387-0013 長野県千曲市小島3172
 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳	
⑬ A	部品代
⑭ B	技術料等 27500
⑮	
⑯	税別合計金額 27500
	消費税 1960
ご請求金額 ¥ 29460	
納品書No	