

作業報告書

NO.4820 P. 6/10

依頼者様	石井の'1'造機		ご承認印
住所	東海市高橋須賀町5-12		加古
TEL	0562-39-4180 番		
機種名	早上型滅菌機	メーカー	ILHアビティ
型式	BC-17 (号機)	製番	14060104 (代客状)
完了	継続	有料	無料
		運送回数	2763 回

作業日 20 19 年 3 月 15 日

保形 1 保守契約 2 性能点検 3 点検整備 4 点検整備 5 点検 (摘要✓)

サービス形態 1 保守期間 2 スポット CM 3 医療機器 4 区分 5 特 6 非特

作業区分 00 製品販売 10 納入設置 11 現場調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 コール 60 搬去移設

70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 PC 80 アフター 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
300101020	300 Zeta 7	1	6,720	

1	基本・受付・点検・性能検査 (見積書No.)	
2	技術料 日× 名× 8,000 円	8,000
3	派遣料 1名 80km 1名× 100 円	8,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	前払金	2,260

責任技術者	検印	入力	納品書
石井 隆弘		石井 隆弘	
TEL			

取扱業者 (請求先)

ILHアビティ

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No 813655

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社

〒307-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

北村SC 北村SC 北村SC 北村SC 北村SC 北村SC 北村SC 北村SC 北村SC 北村SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター

〒308-0002 長野県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2200 FAX 0268-27-2260

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒307-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4118

料 金 内 訳

⑬ A 部品代 6,720

⑭ B 技術料等 2,260

⑮

⑯ 個別合計金額 27,980

消費税 2,238

ご請求金額 ¥ 30,218

納品書No

ご依頼内容・現象

・フィル-交換サインが出た

(ご依頼者 様)

原因

・交換規定回数に到達した(400回)

処置

☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)

☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃

☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認

☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)

☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

・300 Zeta 7 - 交換

・全体、10ヶ所、部材面清掃

・試運転

お客様への伝言

圧力計示値に若干の差異あり

(圧力計の下でデジタル計 + 0.05 MPa 程度高圧化)

2019年 3月22日 17時24分

エムシーサービス(株)名屋SC