

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 テルミナ歯科クリニック 御中 製造番号 100152

住所 愛知県名古屋市中村区名駅1-4 JR名古屋駅ファッションワン内

点検日 2019年 3月 6日

点検時間 ~ 点検者 関口

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

2019年 3 月 19 日
ご署名
テルミナ歯科クリニック
理事長 鳥村 敏明



本作業にて知りえた個人情報、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528