

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018年 12月 4日

機種/型式	TC c/ave		
作業年月日	2018年 11月 2日		作業時間： Hr
顧客名	様	TEL：	
所在地	徳島県一宮市様 1-12-14		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ名産支店		ご担当 様
納入年月日	2016年 2月 25日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100063	運転回数： 1400
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
、エアー No.15 蒸気発生器加熱時間オーバー異常		
原因		
、蒸気発生器内のヒーター断線が原因で異常発生した。		
処置、作業内容		
、蒸気発生器内のヒーターの部品交換作業を完了した。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気ヒーター		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018年 12月 4日

ご署名 加藤 正史

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者