

医療機器の貸出に関する確認書

2019年 / 1月 29日

四日市市富田2丁目12-13 返却確認日

貸出元 株式会社IHIアグリテック
所在地 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

貸出先
所在地 〒
管理責任者
氏名

さかもと歯科医院
坂本 充行
TEL059-361-6888
印

貸出目的

☐デモ
☐研修

☐臨床使用
☐研究目的

☐緊急時対応
☐納期遅延対応

☒故障・修理対応

☐その他(漏水修理)

品名	数量	設置場所	期間	症例数
IC Washer IC Washer シリアルno. (00109)	/	さかもと歯科医院 様	2019.01.29~	✓

●貸出期間中の費用負担:

- 1.当該医療機器の設置
- 2.撤去
- 3.保守・修理費
- 4.消耗品等
- 5.その他の費用

●貸出期間が満了した当該医療機器は、速やかに貸出元に返却する。

WD → ICW へ入替の為。

(F段 / 上段ラック持ち帰り) : パキーン。
(洗剤チューブ) : ハンドピースホルダーは
差込栓

〈お取引先商店名〉

〈ご担当者名〉

- ・必要事項をご記入いただき、FAXにてご返信ください。確認書が到着後、弊社貸出予約受付完了となります。
- ・貸出品の在庫状況により商品の発送に時間を頂く場合がございますので、ご了承ください。
- ・先にFAXなどで貸出依頼、ご予約をされた場合につきましては、「医療機器の貸出に関する確認書」を、貸出機に同梱いたしますので、必要事項をご記入いただき、貸出機器の返却と一緒にご送付いただいても結構です。
- ・貸出機器の発送先はご要望があれば余白や別紙にて発送先をご指示頂ければ、ご対応いたします。ご要望が無い場合は、お取引店様へ発送させていただきます。

《不具合対応報告書》

担当者: IAT 中村

【発生日】 2019 年 1 月 8 日
 【対応日】 2019 年 1 月 29 日
 【連絡元】 ☐ モリタ (担当者:)
☒ ユーザー
☐ その他 ()
 【ユーザー名 & 県名】

WP-150

IG Washer 【機番: 14060087】

【症状】

・漏水エラー

【対応方法】 ☒ 引取り修理 (代替機 no. ICW 100109)

☐ 現地対応

《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
☐ その他 ()

【給水方法】 ☒ 水

☐ 水 & お湯

【ラック種類】 ☐ 標準ラック

☒ ハンドピース用ラック

《メクラ枠の使用》

☒ 有

☐ 無

×クラ枠 × 2

タービン × 5

CA × 3

《SUSフィルター洗浄》

☐ 有

☐ 無

バキューム × 10

【備考】

・ICW デモ機設置の為、ハンドピースラック下段クラス洗剤缶を-1箱買出。
 (医院所有物はWDにて預りま-1箱) → 返却時要注!!
 ・SDカードは代品へ-1箱替えま-1箱

・運転回数 1232回 (前回、2017年9月12日 X-1)
 → 1年以上経過しているため、メンテナンス要

担当: モリタ 石原 池田 (有欠は返却時に注意)

・返却時、洗剤・化上剤コートセサ 排水ホース交換が必要

IC Clave 【機番: 】

【症状】

【対応方法】 ☐ 引取り修理 (代替機 no.)

☐ 現地対応

《対応内容》 ☐ 部品交換 ()
☐ その他 ()

【給水方法】 ☐ アイオニー使用

☐ 精製水購入

☐ その他 ()

【滅菌バッグ】 ☐ ディスポ

☐ リユース

【網の種類】 ☐ トレー網

☐ 網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐ 有 ☐ 無

【設置場所】

【備考】