Ⓒ 作業報告書

お得意様	山内歯科クリニック 様	ご承認印	永田
住所	名古屋市守山区大森1-2912		
TEL	052-799-0120	宛名	
機種名	ウォッシャーディスインフェクター	メーカー	エトコアグリテック
型式	JC Washer (号機)	製番	100240
完了	継続 / 有料 / 無料	通算回数	893 回

作業日 20 19 年 1 月 29 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性能整備 / 3 性能点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 6 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット ✓ / 3 CM / 医療機器 / 区分: 特 / 普 / 非特普

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 40 コール ✓ / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改装 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): エトコアグリテック
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 809076

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC 茨城SC 長岡SC 千葉SC 静岡SC 名古屋SC 岡山SC 長崎SC 仙台SC 金沢SC 所沢SC 名古屋SC 広島SC 広島SC 熊山SC 福山SC 新潟SC 北関東SC 首都圏SC 東京SC 東京SC 北九州SC 静岡SC 郡山SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉260-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
- コラーNo.9 (仕上槽供給異常)
- ※その他 No.7 (配管水圧低下)
  16 (槽内温度低下 あり)

(ご依頼者 様)

原因
- 現象再現なし

処置
- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
- ☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☑試運転 ☐最終検査終了・異常なし
- 槽内フィルター清掃
- 中段ラック増締め(ボルト類)
- 洗剤、仕上剤流量計 動作確認
- ヒーター保護回路確認

お客様への伝言

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 1.5 H× 1 名× 8000 円	12,000
3	派遣料 高速 40km 名× 100 円	4,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	消費税	1740

B

料金内訳		
⑬ A 部品代		
⑭ B 技術料等	20	740
⑮		
⑯ 税別合計金額	20	740
消費税	1	657
ご請求金額 ¥	22	399
納品書No.		

サービスセンター	実施者
名古屋SC TEL	小幡

責任技術者	検印	入力	納品書
		中森	

C 実施者→営業