

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 6月 28日

機種/型式	IC washer		
作業年月日	2019年 6月 28日		作業時間: Hr
顧客名	水谷 歯科医院		TEL:
所在地			ご担当 様
販売店	株式会社エスエフ 名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100255	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
、槽内洗浄時に循環水圧低下が発生。		
原因		
、工物に2回運転を行なった際に再現した。		
処置、作業内容		
、循環水圧低下の発生原因と考えらる部品交換致しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環水圧センサー		1		
2	NDソケット		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 水谷 昇 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者