

クラスBオートクレーブ IC Clave点検報告書

お客様	名称	製造番号	点検実施日	ご承認印	
	住所	運転回数	点検実施者		
	納入場所	サービス形態	モリタ担当者		

- 計装(安全)**
- 圧力計0点指示誤差
- ドア**
- フック検出スイッチの取り付け状態・動作確認
 - 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
 - フック取付け状態・動作確認
 - フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
 - ビス・ナット・ホーローセット増し締め
 - ドアカバーの取り付け状態・割れ
 - フック検出ユニット動作確認
 - ドアロックユニット動作確認
 - 蓋板のキズ・汚れ

- 缶体**
- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
 - 滅菌温度センサの汚れ
 - トレー棚・滅菌トレー(網バスケット)の破損・汚れ
 - 缶内ストレナーの損傷・汚れ

- 配管系**
- フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
 - シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
 - 給気弁の作動状態・漏れ
 - 排蒸弁の作動状態・漏れ
 - 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
 - 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
 - ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
 - ストレーナーの汚れ
 - 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
 - 安全弁(滅菌室)の漏れ
 - 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
 - ダンプナーの漏れ・溶接割れ
 - 大気圧検知圧カスイッチの作動状態・漏れ
 - ラジエターの取り付け状態・漏れ

- 蒸気発生器**
- ソケット他溶接割れ・漏れ
 - フランジパッキン漏れ
 - ヒーター取り付け状態・漏れ
 - 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
 - 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
 - 逆支弁の作動状態・漏れ

- 真空ポンプ**
- 水漏れ・異常音の確認
 - 真空到達度

- 給水タンク**
- 給水タンクの損傷・漏れ
 - 下部給水弁の漏れ
 - 蓋・取っ手の損傷・割れ
 - フロートスイッチの作動状態・汚れ

- 排水タンク**
- タンクの汚れ・漏れ
 - フロートスイッチの作動状態・汚れ

- 電装系**
- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
 - ディスプレイの色あせ・表示確認
 - 電源スイッチの作動状態
 - 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
 - 各基板のコネクター緩み確認
 - 端子の緩み・コネクターの接続確認
 - 配線の変色・損傷有無・結束状態
 - 圧力センサーの取付け状態・入力確認
 - ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

- 外装・設置**
- 本体の水平確認・基準傾き内
 - アジャスタフットの緩み・設置状態
 - キズ・汚れ
 - 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

- 制御**
- 運転プログラムの確認
 - 入力・出力確認

- 消耗品**
- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
 - エアークリアフィルターのつまり・汚れ

- 性能評価**
- B&Dテスト実施
 - ケミカルインジケータによる判定
 - リークチェック
 - キャリブレーションの実施(温度・圧力)

運転確認

含	否
---	---

インジケータ貼り付け

[] BMS-Test STEAM

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎をつける。

交換部品	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ
 〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030