# Ⓒ 作業報告書

NO. 6524 P. 1/7

| | | | |
|---|---|---|---|
| 顧客様 | ぜんなみデンタルクリニック 様 | ご承認印 | 森本 |
| 住所 | 愛知県豊田市 | | |
| TEL | 0565-89-0588 | 宛名 | |
| 機種名 | ウォッシャーディスインフェクター | メーカー | IHIアグリテック |
| 型式 | IC Washer (号機) | 製番 | 100164 |
| 完了 / 継続 / 有料 / 無料 | | 運転回数 | 2344 回 |

作業日 20 19 年 7 月 29 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 ✓ / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守訪問 / 2 スポット ✓ / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール ✓ / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先)
IHIアグリテック
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 818966

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。


医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC 仙台SC 横浜SC 下総SC 静岡SC 長崎SC 新潟SC 金沢SC 埼玉SC 名古屋SC 静岡SC 鹿児島SC 群馬SC 北関東SC 富山SC 岐阜SC 広島SC 所沢SC 神戸SC 東京SC 京都SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0015 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116


ご依頼内容・現象

「No2 洗浄槽満水」エラーが出た

(ご依頼者 様)

原因

排水ポンプの動作不良により、槽内の水が残った状態のまま次行程に進んだ為 槽が満水になった

処置

☑部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
☐性能検査立ち会い ☑試運転 ☐最終検査終了・異常なし

・排水ポンプ交換

・試運転

| コード | 交換部品・機材名称 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| | 排水ポンプ | 1 | | 支給 |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 基本・据付・点検・性検・ (見積書No. ) | |
| 2 | 技術料 2.5 H× 1 名× 8,000 円 | 20,000 |
| 3 | 派遣料 往復 100km x 1 名× 100 円 | 10,000 |
| 4 | 宿泊費 泊× 名× 円 | |
| 5 | 諸経費 | 3,000 |
| 6 | 有料道路 | 4,480 |

料金内訳

| | | |
|---|---|---|
| ⑬A 部品代 | | 0 |
| ⑭B 技術料等 | 37 | 480 |
| ⑮ | | |
| ⑯ 規別合計金額 | 37 | 480 |
| 消費税 | 2 | 998 |
| ご請求金額¥ | 40 | 478 |
| 納品書No. | | |

お客様への伝言

| サービスセンター | 名古屋SC TEL | 実施者 | 水野 |
|---|---|---|---|

| 責任技術者 | 検印 | 入力 | 納品書 |
|---|---|---|---|
| | | 森 | |

C 実施者→営業

2019年 8月 1日 15時42分 エムシーサービス(株)名古屋SC