Ⓒ 作業報告書

得意先	はるいろファミリー歯科 様	ご承認印	
住所	日進市藤枝町奥迫間1138番192		
TEL	061-74-1180	署名	
機種名	ウォッシャーディスインフェクター	メーカー	JHIアグリテック
型式	TC Washer (号機)	製番	100320
完了 / 継続 / 有料 / 無料		運転回数	27 回

作業日 20 19 年 2 月 18 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / ☑ 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守訪問 / 2 スポット / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / ☑ 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): JHIアグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 809099

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC
仙台SC 新潟SC 金沢SC 埼玉SC 千葉SC 静岡SC 名古屋SC 岡山SC 福岡SC 新戸SC 広島SC 北九州SC
郡山SC 北関東SC 群馬SC 名古屋SC 岐阜SC 広島SC
新潟SC 静岡SC 浜松SC 京都SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2260
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象

・エラーNo.8(洗剤供給異常)

(ご依頼者 様)

原因

・流量計の動作不良

処置

- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
- ☐グリスアップ ☑動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☐試運転 ☐最終検査終了・異常なし

・洗剤流量計 交換

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 1.5 H× 1 名× 8000 円	~~12,000~~
3	派遣料 片道85km 1 名× 100 円	8,500
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	有料運搬	1,960

B

料金内訳		
⑬ A 部品代		
⑭ B 技術料等		25,460
⑮		
⑯ 税別合計金額		25,460
消費税		2,036
ご請求金額 ¥		27,496
納品書No.		

お客様への伝言

サービスセンター	名古屋SC	実施者	小[illegible]
TEL			

責任技術者	検印	入力	納品書
		中森	

C 実施者→営業

2019年 3月 6日 10時04分 エムシーサービス(株) 名古屋SC NO. 4611 P. 7