

作業報告書

NO.4820 P. 5/10

お得意様 住所 TEL 機種名 型式	カシオ科学工業株式会社 〒550-8588 大阪市東淀川区山崎1-1-1 052-736-1180 エコー-ティスイワ77- JC Washer	様 河合	ご承認印
完了	継続	有料	無料

ご依頼内容・現象
 ・エコー-ティスイワ77 (洗淨槽満水) が出る音が出る。
 (ご依頼者 様)

原因
 ・排水ホースラインに空気が噛み込み、水の流れを阻害したためと思われる。

処置
☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☒ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

・排水時間延長 (90秒 → 120秒へ変更)

お客様への伝言
 ・3月19日 9:00 ~ 改めて作業をさせて頂きました。
 お手数お掛けしました。

作業日 2019年03月05日

保守契約	性能点検	点検	点検	点検	対象外
1	2	3	4	5	6
保守期間	メボット	CM	医療機器	区分	特管
00 製品販売	10 納入設置	11 現地調査	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC
50 ゴル	60 川去移設	80 アフター	90 その他		

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・搬付・点検・性能検査 (見積書No.)	
2	技術料 H × 名 × 2,000 円	8,000
3	派遣料 10km × 名 × 100 円	8,000
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費	2,000
6	不労費	1,020

サービスセンター
 TEL
 実施者

責任技術者
 検印
 入力
 納品書

取扱業者 (請求先)
 IH277777
 (支店名)
 (ご担当者)
 (注文No.)

管理No. 809194
 左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
 なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社
 〒347-0013 長野県千曲市小島3171-5
 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
 洗淨・滅菌業務委託・医療機器等洗淨・滅菌テスト
滅菌センター
 〒340-0002 長野県上田市佐野280-8
 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2230
 福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社
 〒347-0013 長野県千曲市小島3172
 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳

⑬ A
 部品代
 技術料等 16,020

⑭ B
 秘別合計金額 16,020

⑮
 消費税 1,281

ご請求金額 ¥ 17,301
 納品書No.

エムシーサービス (株) 名越SC

2019年 3月22日 17時23分