

点検・修理報告書

管理 No. 20190625
発行日: 2019年6月25日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2019 年 6 月 20 日		作業時間: Hr
顧客名	はるのり歯科		TEL:
所在地	愛知県東海市高横須賀町5-12		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2014 年 10 月 16 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14070118	運転回数:
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー31が発生致しました。		
原因		
・排蒸弁故障によりエラーが発生しました。(リーク有り)		
処置、作業内容		
・排蒸弁部品交換作業致しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排蒸弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

R1 年 8 月 5 日

ご署名

加古 陽里

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	安田
'19/06/25	'19/06/25