

# C 作業報告書

NO. 4922 P. 1  
2019年 3月29日 14時31分  
EMシーサービス(株)名古屋

ご依頼先 RYO JIMBO DENTAL 様	ご承認印
住所 石井市中区石井4丁目26-12F 中付	
TEL 052-462-1118	署名
機種名 Cilia-システム777-	メーカー IHITA7777
型式 IC Washer (号機)	製番 10025A
<input checked="" type="checkbox"/> 完了	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
有料	無料
運送回数	1285 回

作業日 20 19年 3月 22日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	6 対象外 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特 非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC
						80 アフター
						90 その他

受付 月 日 時 分  
到着時間 月 日 時 分  
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検 (見積書No.)	
2	技術料 H× / 名× 10,500円 (時間外1倍)	10,500
3	派遣料 1名× 400円	4,000
4	宿泊費 泊× / 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	送料	2,260

責任技術者 検印 入力 納品書

実施者 石井SC TEL

取扱業者(請求先) IHITA7777

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理№. 813665

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

- 医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売
- M エムシーサービス株式会社  
〒387-0013 長野県千曲市小島8171-5  
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
- M 滅菌センター  
〒386-0002 長野県上田市住吉280-8  
TEL 0268-27-2200 FAX 0268-27-2250
- CARE メディカルケア株式会社  
〒387-0013 長野県千曲市小島0172  
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象  
○工程終了後、槽内に水が残る。  
(ご依頼者 様)

原因  
○排水ポンプは排水路に、一時的に異物が詰る可能性 (空気中のゴミ)

処置  
部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)  
各部増締め 分解・再セットアップ 各部清掃  
グリスアップ 動作確認 設定・プログラムの確認  
点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)  
性能検査立ち会い 試運転 最終検査終了・異常なし

○排水ポンプ能力確認 × 3回 (11秒排水終了) 45秒、異常なし

お客様への伝言  
○様子を見下す。

料金内訳	
①A	部品代
①B	技術料等 19,660
①C	
①D	振込合計金額 19,660
②	消費税 1,572
ご請求金額 ¥ 21,232	
納品書№	