

取得経緯	藤原 尚 科			様	ご承認印
住所	石川県石川市流ノ水1丁目1010				10/11
TEL	052-892-8331 署				
標機名	サン・ディスプレイ		メーカー	IH-T717-7	
型式	IC Washer (号機)		製番	100263	
完	継続	有料	無料	郵付回収	1186 回

ご依頼内容・現象 ○給水ホースより水漏れ	(ご依頼者 様)
原因	
処置 ☒部品交換 (下記部品一覧を参照して下さい) ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃 ☐タリスアップ ☒動作確認 ☐微定・プログラムの確認 ☐点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい) ☐性能検査立ち会い ☐試運転 ☐最終検査終了・異常なし ○給水ホース交換 ○給水テスト	

お客様への伝言

作業日 20 年 月 日

保形 守態	1 保守契約	2 性能検査	3 稼働点検	4 点検整備	5 点検	0 計数外	(摘要✓)
	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器			
サービ ス形態						区分	
作 業 区 分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ゴール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部材納入	75 下見	77 PC	80 アフター 90 その他

受 付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.	)	
2	技術料	日×	名×	2,000 円
3	派遣料	1	名×	2,500 円
4	宿泊費	泊×	名×	円
5	諸経費			3,000
6	材料費			1,750

サイビスセンター	 TBL	実施者
----------	---------	-----

責任技術者	検印	入力	納品書
			

取扱業者 (請求先)

11-12-27'47

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

待記事項

①管理 No. 813669 ✓

②作業日 20 19 03 28

③Uコード 052 882 830 1

④⑤機種コード 11 - 78

⑥製造 No. 100283

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 80
作業区分

⑧故障コード 60 - 126 - 1

⑨実施SC 63

⑩技術者 82

⑪同行・応援 [] , [] , []

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

料 金 内 訳		
⑬ A		
A 部 品 代		
⑭ B		
技術料等		20,240
⑮		
⑯		
税別合計金額		20,240
B		
消費税		1,619
⑰		
ご請求金額 平		21,859
⑱		
納 品 書 №		11361