

点検・修理報告書

管理 No. 20190320

発行日: 2019年 3月 20日

IC Washer	
作業年月日	2019 年 3 月 20 日 作業時間: 6 Hr
顧客名	にこ歯科医院 様 TEL:
所在地	岐阜県揖斐郡池田町八幡1583-1 ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店 ご担当 様
納入年月日	2017 年 7 月 20 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100238	運転回数:	メタハネ Ver. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① 機械底面に水漏れエラー 1			
原因			
① 乾燥ライン樹脂継手亀裂			
処置、作業内容			
① 乾燥ライン樹脂継手対策品に交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	樹脂継手		6		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 桐野 雄二 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
桐野	桐野