Ⓑ 作業報告書

お得意様	タニグチ歯科 様	ご承認印	井上
住所	志摩市阿児町神明2130-1		
TEL	0599-44-0071	宛名	
機種名	卓上型オートクレーブ	メーカー	エトエアグリテック
型式	BC-17 (号機)	製番	14070121
完了	継続 / 有料 / 無料	運転回数	4639 回

作業日 20 19 年 6 月 19 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 10 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 ポット / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

	月	日	時	分
受付				
到着時間				
作業完了時刻				

取扱業者(請求先): エトエアグリテック
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 817567

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
仙台SC 郡山SC 長野SC 松本SC 上田SC 千葉SC 東京SC 横浜SC 名古屋SC 神奈川SC 静岡SC 浜松SC 大阪SC 岡山SC 広島SC 福岡SC 鹿児島SC 新潟SC 郡山SC 福島SC 群馬SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
- ドアハンドル～クラッチ取付確認

(ご依頼者 様)

原因

処置
- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☑分解・再セットアップ ☐各部清掃
- ☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☐試運転 ☐最終検査終了・異常なし

- クラッチ状態確認
- ドアハンドル取外し～再取付け
- 動作確認

お客様への伝言
- ドアハンドルをひねり過ぎる(90°位迄手前に引く)とベアリングが浮き、外れやすくなります。45°程度引けば軸のロックは十分外れます。お伝え下さい

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)			
2	技術料 H×	名×	円	
3	派遣料	名×	円	
4	宿泊費 泊×	名×	円	
5	諸経費			
6				

B

料金内訳			
13 A 部品代			
14 B 技術料等			
15			
16			
税別合計金額			
消費税			
ご請求金額 ¥			
納品書No.			

サービスセンター: 名古屋SC TEL
実施者: 小椿

責任技術者	検印	入力	納品書

B 実施者➡取扱業者