

NO.8552 P.1/1

EMシーサービス(株)名屋SC

8時58分

2020年1月21日

作業報告書

依頼先	前田産科医院		様	承認印
住所	津市乙部12-11		前田	
TEL	059-226-3914	署名		
機種名	Wasser-システム77		メーカー	IHJアグテック
型式	WD-150 (号機)		製番	
完了	継続	有料	無料	運搬回数

ご依頼内容・現象
。I7-No.9 (洗剤供給異常)

(ご依頼者 様)

原因
・仕上がりた・ブろ化・エネツク部の緩み。
・排水ポンプ異常の可能性。

処置
☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

。仕上がりた・ブろ交換。

お客様への伝言

作業日 20 20 年 1 月 7 日

保守 1 点検 2 点検 3 点検 4 点検 5 点検 6 点検 (摘要)

サービス形態 1 保守 2 点検 3 CM 医療機器 区分 非 非

作業区分 00 部品 10 納入 11 現場 20 点検 30 性能 40 点検 50 コール 60 搬入 70 PR 72 取組 73 改造 74 部品 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T0020310	洗剤ポンプ(200ml)	1		支給

1	基本・搬付・点検・性能検査 (見積書No.)	
2	技術料 2.5H× / 名× 800円	20,000
3	派遣料 元値195km / 名× 100円	19,500
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	合計道路	5,840

サービスセンター TEL

実施者

責任技術者 検印 入力 納品書

取扱業者 (請求先)

IHJアグテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理№ 821791

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社 〒387-0010 長野県千曲市小島8171-6 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

M 減菌センター 〒386-0002 長野県上田市菅200-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2280

CVRE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3112 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4118

料金内訳

③A 部品代

④B 技術料等 48,840

⑤ 税別合計金額 48,840

⑥ 消費税 4,884

ご請求金額 ¥ 53,724

納品書№