

点検・修理報告書

管理 No. 2019Q1001

発行日：2019 年 10 月 3 日

機種/型式	小型包装品用高圧蒸気滅菌器 (ICC)		
作業年月日	2019 年 10 月 2 日		作業時間： Hr
顧客名	刈谷おおの歯科 様	TEL： 0566-62-6480	
所在地	愛知県刈谷市住吉町1-29		ご担当 様
販売店	デントオール本社		ご担当 様
納入年月日	2019 年 3 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100389	運転回数： 回	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	---------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

オートクレーブ運転中にサーキットプロテクタ (※1) が作動し停電が発生した。

※1：過電流発生時、電気を遮断し機器を保護する部品

原因

定格12Aの部品が周囲温度の影響を受け過敏に反応しました。

サーキットプロテクタ 定格12A/バイメタル方式

処置、作業内容

新品部品に電気試験を実施して交換しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	サーキットプロテクタ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

2019年8月30日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名

大塚 芳人 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

富田
19/10/03

品証
19/10/03
太田