

# C 作業報告書

|      |               |      |          |
|------|---------------|------|----------|
| 得意様  | エーエスエス株式会社    |      | ご承認印     |
| 住所   | 東京都港区山手町1-6-8 |      | (鳥村)     |
| TEL  | 03-64-2246    | 室名   |          |
| 機種名  | エーエスエス        | メーカー | エーエスエス   |
| 型式   | BC-17         | (号機) | 140902/c |
| 完了   | 継続            | 有料   | 無料       |
| 運転回数 | 2238          | 回    |          |

## ご依頼内容・現象

・修理依頼上、代替機搬入希望

(ご依頼者様)

## 原因

・J7-10 (発生器内高圧異常)

## 処置

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)  
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃  
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認  
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)  
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

×ハダダ IC clove JAT No. 75

## お客様への伝言

作業日 20 20 年 月 日

|        |         |         |         |         |         |          |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 保守形態   | 1 保守契約  | 2 点検整備  | 3 点検整備  | 4 点検整備  | 5 点検    | 対象外 (摘要) |
| サービス形態 | 1 保守期間  | 2 スポット  | 3 CM    | 医療機器    | 区分      | 特 非 特 非  |
| 作業区分   | 00 製品販売 | 10 納入設置 | 11 現地調整 | 20 定期点検 | 30 性能検査 | 40 点検    |
|        | 70 PR   | 72 取扱説明 | 73 改造   | 74 部品納入 | 75 下見   | 77 FC    |
|        |         |         |         |         |         | 80 アフター  |
|        |         |         |         |         |         | 90 その他   |

受付 月 日 時 分  
 到着時間 月 日 時 分  
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|   |              |             |        |
|---|--------------|-------------|--------|
| 1 | 基本・据付・点検・性検・ | (見積書No.)    | 15,000 |
| 2 | 技術料          | H × 名 × 円   |        |
| 3 | 派遣料          | 2 名 × 100 円 | 2,000  |
| 4 | 宿泊費          | 泊 × 名 × 円   |        |
| 5 | 諸経費          |             |        |
| 6 |              |             |        |

|       |    |     |     |
|-------|----|-----|-----|
| 責任技術者 | 検印 | 入力  | 納品書 |
| TEL   |    | (中) |     |
| 実施者   | 小塚 |     |     |

取扱業者 (請求先)

エーエスエス

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 821652

左記作業をおこないましたので、ご検取下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社 〒367-0013 長野県千曲市小島3171-5  
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

札幌SC 長野SC 千曲SC 伊豆SC 静岡SC 大塚SC 福岡SC  
 松本SC 松本SC 上野SC 静岡SC 静岡SC 静岡SC 静岡SC  
 静岡SC 静岡SC 静岡SC 静岡SC 静岡SC 静岡SC 静岡SC  
 静岡SC 静岡SC 静岡SC 静岡SC 静岡SC 静岡SC 静岡SC

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト

滅菌センター 〒366-0002 長野県上田市住吉280-8  
TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

メディカルケア株式会社 〒367-0013 長野県千曲市小島3172  
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳

③ A 部品代

④ B 技術料等 17,400

⑤

⑥ 税別合計金額 17,400

消費税 1,740

ご請求金額 ¥ 19,140

納品書 No.