

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】 2019年 11 月 22 日 【対応日】 2019 年 11 月 22 日
 【連絡元】 ☐モリタ(担当者:) ☐ディーラー(担当者:)
☐ユーザー ☐その他()
 【所在地&ユーザー名】 愛知 フンドウ歯科

案件No. 19088

電話受付: 小山

電話・現地対応: Mc 小幡

送り状番号:

【機種】
IC Washer . IC Clave . WD-150 . BC-17
(機番: 14060091)

【症状・エラーコード】
エラー3

【対応方法】

☐ 預かり修理（代替機No. _____）

☒ 現地対応

対応内容： ☐ 部品交換（ _____ ）

☐ その他（ _____ ）

【運転情報】

運転回数：(	)回	※前回メンテからの運転回数	
保守点検：	☐ 有	☐ 無	☐ 販売店確認
修理方法：	☐ 有償	☐ 無償	☐ 販売店確認
備考：(	)	※ 消耗品の使用回数など	

【給水方法】

<ICW・WD>

☐ 水

☐ 水&温水

<ICC・BC>

☐ 生成器
(アイオニー・)

☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】

<ICW・WD>

☐ 標準ラック

☐ ハンドピースラック

<止水プラグ使用>

☐ 有 ☐ 無

<SUSフィルター洗浄>

☐ 有 ☐ 無

<ICC・BC>

☐ トレー棚

☐ 網バスケット

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】

☐ 有 ☐ 無

【設置場所】
☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】