

2020年4月28日 9時31分 エムシーサービス(株)名屋SC

C 作業報告書

お名前	今江新クリニック		様	ご承認印
住所	石川県小松市今江4丁目1-18		太田	
TEL	052-733-2221		室名	
機種名	IC Water		メーカー	エムシーサービス
型式	IC Water		製造番号	100428
完了	継続	有料	無料	37

ご依頼内容・現象
○エフ-16 (槽内温度低下)
(ご依頼者 様)

原因
○槽内温度計に水漏れが確認
- 同時に測り温出来ずから故障と見られる

処置
☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし
○エフ-16 温度計動作確認
○修理説明
×エフ-16 入田様同行

お客様への伝言

作業日 20 20 年 4 月 20 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	19 点検 (摘要)
サービス形態	1 保守契約	2 点検	3 CM	医療機器	区分	特 待 待 待
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能検査 (見積書No.)	
2	技術料 / H× / 名× 8,000 円	8,000
3	派遣料 / 名× 3,500 円	3,500
4	宿泊費 泊× / 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	合計金額	21,500

責任技術者 検印 入力 納品書
TBL 実施者 小橋

取扱業者 (請求先)
エフ(エフ)リテック
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 825979
左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

M エムシーサービス株式会社
〒887-0013 石川県小松市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

M 滅菌センター
〒346-0002 滋賀県上田市住吉280-8
TEL 0268-27-2250 FAX 0268-27-2250

心臓 医療機器株式会社
〒347-0013 滋賀県小松市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料金内訳	
⑬ A	部品代
⑭ B	技術料等 17,300
⑮	
⑯	税別合計金額 17,300
消費税	1,730
ご請求金額 *	19,030
納品書 No.	