

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】 2020年6月23日	【対応日】 2020年6月25日	案件No. 20192
【連絡元】 ☐ モリタ(担当者:)	☐ ディーラー(担当者:)	電話受付: 留守
☐ ユーザー	☐ その他()	現地対応: 伊藤 真田
【所在地&ユーザー名】 岐阜県高山市 おもてあそび口腔外科クリニック		送り状番号:

【機種】 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17 (機番: 14080157)	【症状・エラーコード】 ・ 運転開始後すぐに扉が開く。 (エラーが発生する)
---	---

【対応方法】 ☐ 預かり修理(代替機No.) ☒ 現地対応 対応内容: ☐ 部品交換() ☐ その他()	【運転情報】 運転回数: ()回 ※前回メンテからの運転回数 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認 備考: () ※ 消耗品の使用回数など
---	--

【給水方法】 <ICW・WD> ☐ 水 ☐ 水&温水 <ICC・BC> ☐ 生成器 (アイオニー・) ☐ 精製水購入	【設置場所】 ☐ 作業台上 ☐ シンク下 ☐ その他()
【ラック・バスケット種類】 <ICW・WD> ☐ 標準ラック ☐ ハンドピースラック <止水プラグ使用> ☐ 有 ☐ 無 <SUSフィルター洗浄> ☐ 有 ☐ 無	【現地対応者コメント・所感】
【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 単回使用 ☐ 複数回使用	
【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 有 ☐ 無	