

NO. 0379 P. 2/15

EMシーサービス(株)名古屋SC

2020年 7月 1日 9時01分

C 作業報告書

依頼者	中上内科医院	様	ご承認印
住所	石川県市鹿田花9-1		深谷
TEL	0768-23-2633	室	
機名	洗剤-ディスプレイ77-	メーカー	THIアグリティ
型式	IC Washer	製番	100318
(完)	継続	有料	無料
運送回数			595

ご依頼内容・現象
・Iw-No.2 (洗浄槽満水)
(ご依頼者 様)

原因
・現象再現せず

処置
☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし
・排水ポンプ能力確認 (12L排水系5分)
・排水ホース再取付 (角度調整)

お客様への伝言
・当分の間、様子を見て下さい。
・ポンプ能力に問題は取りませんでした。

作業日 20 20 年 6 月 9 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検	5 点検	6 点検
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特 特 特
作業区分	09 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・振付・点検・性能検	(見積書No.)	
2	技術料	H × 名 × 2,000 円	2,000
3	派遣料	自走15km 1名 × 100 円	1,500
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6			

責任技師	検印	入力	納品書
サビニセイ	TEL	実 施 者	小 橋

取扱業者 (請求先)
EMアグリティ
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 824622
左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売
M エムシーサービス株式会社
〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 仙台SC つくばSC 和歌山SC 大宮SC 新潟SC
秋田SC 松本SC 千歳SC 神戸SC 福岡SC 佐賀SC
山形SC 青森SC 盛岡SC 東京SC 大阪SC 奈良SC
滋賀SC 京都SC 奈良SC 和歌山SC 徳島SC 高松SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
M 滅菌センター
〒386-0002 長野県上田市佐賀280-8
TEL 0268-27-2220 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
MRE メディカルケア株式会社
〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-274-4115 FAX 026-274-4116

料 金 内 訳	
⑬ A	部 品 代
⑭ B	技術料等
⑮	
⑯	税別合計金額
消費税	
ご請求金額 ¥	
納 品 書 No	