Ⓒ 作業報告書

得意様	おちデンタルクリニック長久手 様	ご承認印	浜田
住所	長久手市中央コの印E西1 [illegible]		
T.B.L	0561-76-5302	宝名	
機種名	ウォッシャーディスインフェクター	メーカー	エトエアグリテック
型式	IC Washer (号機)	製番	100159
完了	継続 / 有料 / 無料	運転回数	2874 回

作業日 20 20 年 7 月 9 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / ✓ 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / ✓ スポット / 3 CM / 医療機器 区分 / 特 / 普 / 非特 / 普

作業区分: 00 製品返送 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / ✓ 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): エトエアグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 827378

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC つくばSC 静岡川SC 大阪SC 福岡SC 横浜SC 東京SC 千葉SC 静岡SC 長崎SC 仙台SC 金沢SC 埼玉SC 名古屋SC 岡山SC 熊本SC 新潟SC 東京西SC 宮城SC 広島SC 鹿児島SC 郡山SC 東京北SC 東京SC 京都SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4116 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象

・ディスプレイ交換

(ご依頼者 様)

原因

処置

- ☑ 部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐ 各部増締め ☑ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
- ☐ グリスアップ ☑ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
- ☐ 点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 1.5 H× 1 名× 8000 円	12,000
3	派遣料 往復65km 1 名× 100 円	6,500
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	有料部品	1,880

B

料金内訳	
⑬ A 部品代	
⑭ B 技術料等	23,380
⑮	
⑯ 税別合計金額	23,380
消費税	2,338
ご請求金額 ¥	25,718
納品書No.	

お客様への伝言

※槽内フィルターにゴミが詰まり、ポンプの運転に負荷が掛かっています。定期的清掃を行って下さい。

サービスセンター	TEL	実施者
名古屋SC		小[illegible]

責任技術者	検印	入力	納品書

C 実施者→営業

NO. 0699 P. 5/5

エムシーサービス(株) 名古屋SC

2020年 7月31日 13時06分