

点検・修理報告書

管理 No. 20181015

発行日: 年 月 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2020 年 2 月 19 日		作業時間: Hr
顧客名	とりむら歯科クリニック 様	TEL:	
所在地	愛知県春日井郡豊山町豊場高前168番地		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2015 年 9 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 14090210	運転回数: 2241
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー10 蒸気発生器高温異常		
原因		
・蒸気発生器内の異物が排蒸弁まで流れていき排蒸できない。		
処置、作業内容	 	
特記事項		
・給水タンク排水タンク清掃・排蒸弁交換蒸気発生器オーバーホール		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	排蒸弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字
年 豊場高前168番地


とりむら歯科クリニック

院長 鳥村 勇斗

ご署名 TEL 0568-54-2246 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	 20/02/19 富田	 20/02/19 安田

P. 12/12 NO. 0782

2020年8月6日 9時36分 14-4-27(株)モリタ