Ⓒ 作業報告書

お客様	伝馬歯科 様	ご承認印	
住所	名古屋市熱田区伝馬1丁目6-5		
TEL	052-671-1032	宛名	
機種名	ポット・ディスインフェクター	メーカー	エトイエアプリテック
型式	WD-150 (号機)	製番	14080164
完了	継続 / 有料 / 無料	運転回数	回

作業日 20 20 年 9 月 4 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット ✓ / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特番 / 非特番

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 60 コール ✓ / 70 PR / 72 現地説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): エトイエアプリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 828121

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC 秋田SC 松本SC 千葉SC 静岡SC 神戸SC 長崎SC 仙台SC 佐賀SC 富士SC 名古屋SC 岡山SC 鹿児島SC 郡山SC 太田原SC 盛岡SC 熊本SC 広島SC 新潟SC 所沢SC 北陸SC 京都SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象

・修理完了機搬入、代替機搬出

(ご依頼者 様)

原因

処置

- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
- ☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☑試運転 ☐最終検査終了・異常なし

メーカー持込

お客様への伝言

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)	
2	技術料 1.5 H× 1 名× 8000 円	12,000
3	派遣料 往復 1km 1名× 100 円	4,500
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6	有料通話	2,300

B

料金内訳	
⑬ A 部品代	
⑭ B 技術料等	18,800
⑮	
⑯ 税別合計金額	18,800
消費税	1,880
ご請求金額 ¥	20,680
納品書No.	

サービスセンター	実施者
名古屋SC TEL	竹腰

責任技術者	検印	入力	納品書

C 実施者→営業

管理 No.

点検・修理報告書

発行日：　年　月　日

機種/型式	BC17		
作業年月日	年　月　日	作業時間：	Hr
顧客名	伝馬歯科　様	TEL：	
所在地	愛知県名古屋市熱田区伝馬１－５－２０	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2014 年 6 月 17 日　保証期間　内 □　外 □	付属品	
作業区分	保守点検 □　総合点検 □　年　回目　定期点検シール記入 □		
出張・引取	修　理 ■　点検のみ □　その他 □　修理表示貼付 □		

装置情報	製造番号：　13100058	運転回数：	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー３０

・真空異常

原因　・内壁の位置ずれ

・給排水タンクの汚れ

処置、作業内容

・給排水タンク清掃　・内壁の調整

・水ポンプフィルターの清掃　・タンクキャップの交換

・ドアロックレバーの再調整

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	タンクキャップ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償　2. 無償

部品代 合計	
技術料	
出張料	
合計	

〒456-0034
名古屋市熱田区伝馬1－6－5
伝馬歯科
白木孝佳
TEL(052)671-1032

お客様ご確認署名欄
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名　　印

修理業者　株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
環境PJサービス '20/09/14 安田	環境PJサービス '20/09/04 富田	環境PJサービス '20/09/04 安田

Ver.3.1