

D 作業報告書

お得意様 7ドワ南和	様	ご承認印 (近藤)
住所 愛知県名古屋市中区新栄1-1-1		
TEL 052-801-8148	室名	
機種名 エコーシステムZL-7	メーカー (株)エコーシステム	
型式 Jcchavo	(号機)	製造番号 700043 10
完了	継続	(有料) 無料
		巡回回数 2802 回

ご依頼内容・現象
ドアの開閉が悪い。

(ご依頼者 様)

原因
ドア調整のバラバラが原因と見受けられます。

処置
☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☒ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし
 ドア調整実施。
 ドア動作確認実施。

お客様への伝言

作業日 2020年09月30日

保守形態 1 保守契約 2 点検 3 点検点検 4 点検点検 5 点検 9 点検外 (摘要)	サービス形態 1 保守別内 2 スポット 3 CM 医療機器 区分 時替 非替替
作業区分 00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 点検 60 除去移動 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 PC 80 アフター 90 その他	

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)
2	技術料	1 日 × 1 名 × 8,000 円
3	派遣料	1 人 × 1 名 × 100 円
4	宿泊費	泊 × 1 名 × 円
5	諸経費	3,000
6	有材料費	3,280

責任技術者 近藤 誠	検印 (倉知)	入力 (倉知)	納品書
TEL	実施者		

取扱業者 (請求先)
 (株)IHIAブリック
 (支店名)
 (ご担当者)
 (注文No.)
 特記事項

①管理 No. 824667 v
 ②作業日 20200930
 ③Uコード 0528018148
 ④機種コード 11-03
 ⑤製造 No. 100043
 ⑦保守・サービス形態 9-2-50
 ⑧故障コード 50-999-2
 ⑨実施SC 65
 ⑩技術者 65
 ⑪同行応援
 ⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 20280
⑮	
⑯	税別合計金額 20280
	消費税 2028
ご請求金額 ¥	22308
納品書 No.	