

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2020 年 9 月 28 日

作業年月日	2020 年 9 月 28 日		作業時間:	Hr
顧客名	下田リハビリデジタルクリニック 様		TEL:	
所在地	宮城県東涌町下田町下染田102-1		ご担当	様
販売店	株式会社エーエフ 大田支店		ご担当	様
納入年月日	2015 年 2 月 16 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐	

装置情報	製造番号: 14070129	運転回数:	タッチパネルVer.	CPU Ver.
不具合状況、依頼内容、異常履歴				
、エラーNo.3 機器内漏水				
原因				
、循環ポンプ0V側、2ヶ所より水漏れ。				
処置、作業内容				
、ホースバンド位置変更と増設の作業。				
特記事項				

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 9 月 28 日

ご署名

木村 洋彰

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業員

木村 洋彰