

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2020年9月11日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2020 年 9 月 11 日		作業時間： 5 Hr
顧客名	おおのま歯科クリニック 様		TEL：
所在地	岐阜県高山市桐生町2-178		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2014 年 12 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐ 出張・引取 修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070135	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・タッチパネル反応しない		
原因		
・コントロール基盤の異常		
処置、作業内容		
・タッチパネル及びコントロール基盤の交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	タッチパネルASSY		1		
2	コントロール基盤		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2020 年 10 月 / 日

ご署名

大橋 間 真奈美



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	環境PJサービスG '20/09/11 富田	環境PJサービスG '20/09/11 安田