

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2020年11月20日

作業年月日	2020 年 11 月 20 日		作業時間:	Hr
顧客名	ぜんなんデンタルクリニック 様		TEL:	
所在地	愛知県岡崎市高上1丁目22-10		ご担当	様
販売店			ご担当	様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐			
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐			

装置情報	製造番号: 100162	運転回数: 2650	タッチパネルVer.	CPU Ver.
不具合状況、依頼内容、異常履歴				
1. エラ-8 洗剤供給異常.				
原因				
- 洗剤タンクサフー外れとAPIタンク経年劣化を考慮し、				
処置、作業内容				
1. 洗剤タンク部品交換 APIタンク部品交換.				
特記事項				

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	洗剤タンク		1		
2	APIタンク		1		
3					
4					
5					
6					
7					

お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
		技術料	
		出張料	
		合計	041-0013 豊田市長上1-22-10

医療法人 日和会
ぜんなんデンタルクリニック
院長 全並隆史
TEL 0565-89-0588

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者