

点検・修理報告書

管理 No. 20066

発行日: 2020年7月2日

クラスBオートクレーブ IC Glave	
作業年月日	2020/6/29 作業時間: 8 Hr
顧客名	杉山歯科 様 TEL:
所在地	愛知県名古屋市中区基兵衛通3-27-1 ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店 ご担当 様
納入年月日	2018 年 5 月 29 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100330	運転回数: 2339回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー26 停電異常が発生した。		
原因		
・サーキットプロテクタが作動し、切れておりました。		
・製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも少し高圧度になっており、正常な運転状態で作動してしまいました。		
処置、作業内容		
・サーキットプロテクタを新品交換いたしました。		
特記事項		
・真空ポンプの音が大きいため、交換しています。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	サーキットプロテクタ		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償

部品代 合計

技術料

出張料

〒455-0822 名古屋市港区基兵衛通3-27-1

杉山 年 月 日

院長 杉山 昌

http://dental-sugiyama.com

TEL: 052-384-8201 FAX: 052-384-8201

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
岡 20/07/02 池	岡 20/07/02 田	三 20/07/02 宅