

C 作業報告書

依頼者	右京様		ご承認印
住所	三重県伊勢市小湊町58-1		(印)
TEL	0596-36-5677	室名	
機種名	小型オートスループ	メーカー	(株)エーエグリティック
型式	BC-17 (号機)	製番	14060102
完了	継続	(有料)	無料
運送回数	3081	回	

作業日 20 20 年 1 月 02 日

保守	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 点検
サービス形態	1 保守契約	2 保守契約	3 CM	医療機器	区分	特 非 特 特
作業区分	00 製品販売	10 納入後	11 現地調整	20 定期点検	30 性能点検	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC

取扱業者 (請求先)
(株)エーエグリティック

(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No 830341

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

ご依頼内容・現象

ドアが閉まらない。

(ご依頼者 様)

原因

ドアロック部のリミットスイッチのずれ。

処置

- ☐ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐ 各部増締め ☒ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
- ☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
- ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
- ☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

ドアロック部のリミットスイッチの調整
ドア調整

ドアロック動作の試運転のみ実施。

お客様への伝言

バクテリアフィルターの交換時期です。
(507回) 交換よろしくお願いします。

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性能点検 (見積書No.)	
2	技術料 H×2 名×8,500 円	17,000
3	派遣料 100km×1 名×100 円	10,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	送料	8,380

サービスセンター

TEL 名古屋SC

実施者 水野 中

責任技術者 検印 入力 納品書

料金内訳

③ A 部品代 0

④ B 技術料等 76,380

⑤

⑥ 税別合計金額 76,380

B 消費税 7,038

ご請求金額 ¥ 84,018

納品書No