

点検・修理報告書

管理 No. 20066
発行日: 2020年7月2日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2020/6/29		作業時間: 8 Hr
顧客名	杉山歯科 様	TEL:	
所在地	愛知県名古屋市港区基兵衛通3-27-1		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2018 年 5 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100330	運転回数: 2339回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー26 停電異常が発生した。		
原因		
・サーキットプロテクタが作動し、切れておりました。		
・製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、正常な運転状態で作動してしまいました。		
処置、作業内容		
・サーキットプロテクタを新品交換いたしました。		
特記事項		
・真空ポンプの音が大きいため、交換しています。		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 サーマットプロテクタ		2		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技術料		
		出張料		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒455-0822 名古屋市港区基兵衛通3-27-1
杉山 年 山 月 齒 科 彦
院長 杉山 昌
TEL: 052-364-8201 FAX: 052-364-8201
<http://dental-sugiyama.com>

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山市岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
西 '20/07/02 池	富 '20/07/02 田	三 '20/07/02 宅

Ver.3.1