Ⓒ 作業報告書

お客様	水谷歯科医院 様	ご承認印	杉本
住所	三重県四日市市小杉町305-1		
TEL	059-333-6160	室名	
機種名	ウォッシャーディスインフェクター	メーカー	(株)エトエアブリテック
型式	IC Washer (号機)	製番	100307 (代替機)
完了 / 継続	有料 / 無料	運転回数	1240 回

作業日 2020年12月07日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット / 3 CM / 医療機器 / 区分 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 リール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): (株)エトエアブリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理No. 830344

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC 秋田SC 松本SC 千葉SC 静岡SC 長崎SC 仙台SC 金沢SC 埼玉SC 名古屋SC 岡山SC 鹿児島SC 郡山SC 北関東SC 宇都宮SC 熊谷SC 北九州SC 新潟SC 群馬SC 東京SC 京都SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉260-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2259
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
・水漏れがある。
(代替機) (ご依頼者 様)

原因
・再現なし
(ドアパッキン下部から漏れた可能性有り)

処置
☑部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃
☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
☐性能検査立ち会い ☑試運転 ☐最終検査終了・異常なし
※予防措置としてドアパッキン(本体・下部)交換
(ドアパッキン2248回使用→リセット済)
・試運転立会(槽内温度90℃)
(漏れなし)

お客様への伝言

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	ドアパッキン(本体)	1		(株)エトエアブリテック
	ドアパッキン(下部)	1		(株)エトエアブリテック

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)		
2	技術料 2 日× 1 名× 8,500 円	17,000	
3	派遣料 往復105km× 1 名× 100 円	10,500	
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費	3,000	
6			

料金内訳

⑬A 部品代		0
⑭B 技術料等	30	500
⑮		-
⑯ 税別合計金額	30	500
消費税	3	050
ご請求金額 ¥	33	550
納品書No.		

責任技術者	検印	入力	納品書

サービスセンター: 名古屋SC TEL 実施者: 水野 中山

C 実施者→営業

NO. 2266 P. 6/6

エムシーサービス(株)名古屋SC

2020年12月9日 9時09分