Ⓑ 作業報告書

お得意様	光が丘歯科クリニック 様	ご承認印	
住所	岐阜県多治見市光が丘5-30		
TEL	0572-24-765	宝名	
機種名	卓型オートクレーブ	メーカー	(株)エトエ アグリテック
型式	IC Clave (　号機)	製番	100406
(完了) 継続	(有料) 無料	運転回数	1211 回

作業日 2020年12月25日

取扱業者（請求先）
(株)エトエ アグリテック
（支店名）
（ご担当者）
（注文No.）

管理No. 829114

左記作業をおこないましたので
検収下さい。
なお、不明な点がございました
上欄の管理No.にてお問い合せ下さ

保守形態：1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / (0 対外)（摘要✓）

サービス形態：1 保守期間 / 2 ~~ポット~~ / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分：00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / (50 ユーザー) / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

	月	日	時	分
受付				
到着時間				
作業完了時				

医療機器の修理・点検（医療機器修理業許可取得）・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-40
札幌SC 長野SC つくばSC 神奈川SC 大阪SC 福岡SC 秋田SC 松本SC 千葉SC 静岡SC 神戸SC 長崎SC 仙台SC 多治見SC 埼玉SC 名古屋SC 岡山SC 熊本SC 郡山SC 東関東SC 首都圏C 岐阜SC 広島SC 新潟SC 群馬SC 東京SC 東都SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-22
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-41

ご依頼内容・現象

・電源が入らない。

（ご依頼者　　様）

原因

・サーキットプロテクターの故障が原因として考えられます。

処置

- ☐部品交換（右記部品一覧を参照して下さい）
- ☐各部増締め　☐分解・再セットアップ　☐各部清掃
- ☐グリスアップ　☐動作確認　☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい）
- ☐性能検査立ち会い　☑試運転　☐最終検査終了・異常なし

※代替機と入替え対応。
NO.100208　運転回数1500回
元電圧201V測定。
漏電測定→異常なし。

お客様への伝言

必ずオートクレーブの圧力が0kPaなのを確認してドアを開ける様によろしくお願い致します。（ケガをする恐れがあるため。）

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

A

1	基本・据付・点検・性検・			（見積書No. ）	
2	技術料	H×	名×	円	
3	派遣料		名×	円	
4	宿泊費	泊×	名×	円	
5	諸経費				
6					

B

料金内訳	
13 A 部品代	
14 B 技術料等	
15	
16 税別合計金額	
消費税	
ご請求金額 ¥	
納品書No.	

サービスセンター	実施者
名古屋SC TEL	長谷川 中山

責任技術者	検印	入力	納品書

B 実施者→取扱