

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2020年9月11日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2020 年 9 月 4 日	作業時間：	Hr
顧客名	おおのま歯科クリニック 様	TEL：	
所在地	岐阜県高山市桐生町2-178	ご担当	様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店	ご担当	山口 様
納入年月日	2014 年 12 月 26 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号： 17070134	運転回数： 4386
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 缶体真空異常		
原因		
・真空ポンプの老朽による故障と想定されます。		
処置、作業内容		
・真空ポンプ交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ交換		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 10 月 / 日

ご署名

大 埜 間 真 奈 美



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証

責任技術者

作業者

