

点検・修理報告書

管理 No. 20694

発行日: 2021/2/12

ウォッシャーディスインプエクター IC Washer									
作業年月日	2021年2月9日				作業時間: 8 Hr				
顧客名	ちりゅう歯科 様								
所在地	TEL:								
販売店	ご担当								
納入年月日	年	月	日	保証期間	内口	外口	付属品		
作業区分	保守点検	☐	総合点検	☐	年	回目	定期点検シール記入	☐	
	出張・引取	修理	■	点検のみ	☐	その他	☐	修理表示貼付	☐
装置情報	製造番号:	100361		運転回数:	861回				
不具合状況、依頼内容、異常履歴									
・エラー7 循環水圧低下異常が発生した。									
原因									
・循環ポンプが故障しております。									
処置、作業内容									
・循環ポンプを交換しました。									
特記事項									
・ドアの固さ調整のために、カム1, 2を交換しました。									
交換部品名称									
1	循環ポンプ	部品コード	数量	単価	小計				
2	カム1		1						
3	カム2		1						
4									
5									
6									
7									
		1.有償 2.無償	部品代 合計						
			技術料						
			出張料						
			合計						

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 2 月 16 日

ご署名 三井 義成

三井

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤
21/02/12	21/02/12	21/02/12