

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	1086	作業日/納入日	2021/03/24(水)	ご依頼日/受付	
お得意様	みずたに歯科クリニック 様			ご依頼者	様
住所	岐阜県大垣市寺内町1-25-1			室名	
TEL	0584-78-4026			保守契約	
実施センター	名古屋SC	TEL	0587-66-1677	作業者	中山大士
応援		応援		応援	
メーカー	IHIアグリテック	型式	ICC		
機種名	高圧蒸気滅菌装置	医療機器区分		特定保守	
作業区分	修理	製造番号	100506	運転回数	728 回
完了・継続	☒ 完了 ☐ 継続	有料・無料	☒ 有料 ☐ 無料		
請求先	株式会社IHIアグリテック			注文No.	
支店名		ご担当者	様	見積No.	
連絡事項					

ご依頼内容・現象	運転中に排水タンクホースカプラーより水漏れ。		原因	排水タンクホースカプラーの劣化だと考えられます。
	エラーNo・コード	無し		

処置	☒ 部品交換	☐ 各部増締	排水タンクホースカプラー交換実施。 給水タンク・排水タンク・給水フィルター・缶内フィルター清掃実施。 試運転。 給水タンク・給水フィルター・缶内フィルター清掃方法説明実施。
	☐ 各部清掃	☐ グリスアップ	
	☐ 動作確認	☐ 設定・PG確認	
	☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照)		
	☒ 試運転	☐ 異常なし	

交換部品	部品コード	交換部品	数量	定価	単価	金額	備考
	762252950	コネクター(排水タンクホースカプラー)	1.00				

作業費用						円	合計	部品合計	円	
	技術料	平日	1.5 H X	1 名 X	8,500 円 =	12,750 円		作業合計	24,250 円	
	派遣料	1.0 名 X	100 円 X	65 km X	1 回 =	6,500 円			円	
	宿泊費	泊 X			名 X	円 =		円	円	
	諸経費							3,000 円		円
	有料道路							1,400 円	税別合計金額	24,250 円
	駐車料金							600 円	消費税(10%)	2,425 円
								円	ご請求額	26,675 円

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
中山	古川	倉知	長川	久保

納品書No.
10776