

点検・修理報告書

管理 No. 20385

発行日: 2020年12月6日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2020/12/4		作業時間: 8 Hr
顧客名	田中歯科医院 様		TEL:
所在地	愛知県名古屋市港区油屋町2-8-1		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 名古屋支店		ご担当 様
納入年月日	2020 年 4 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100493	運転回数: 265回
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・異臭がする。

原因

・蒸気発生器が空焚き状態になっており、蒸気ヒーターが焦げた状態になっておりました。
(エラー11 蒸気発生器高温異常が発生しておりました。)

処置、作業内容

・蒸気ヒーターを新品交換しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気ヒーター		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
1. 有償 2. 無償			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 田中 龍也 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20 12 6	20 12 6	20 12 6
池	田	宅