

機種/型式	BC17		
作業年月日	年	月	日 作業時間： Hr
顧客名	伝馬歯科 様		TEL：
所在地	愛知県名古屋市熱田区伝馬 1 - 5 - 2 0		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 6 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号 : 13100058	運転回数 :	
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ エラー 3 0			
・ 真空異常			
原因			
・ 内蓋の位置ずれ			
・ 給排水タンクの汚れ			
処置、作業内容			
・ 給排水タンク清掃			
・ 内蓋の調整			
・ 水ポンプフィルターの清掃			
・ タンクキャップの交換			
・ ドアロックレバーの再調整			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	タンクキャップ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

計 算 機
 5-0034
 古 屋 市 熱 田 区 伝 馬 1-6-5
 名 古 屋 年 馬 歯 科 白
 白 伝 木 孝 佳
 TEL(052)671-1032
 二 署 名 印

品証	責任技術者	作業者
		