

2020年12月11日 15時28分

C 实施者→营养

③ 作業報告書

荷籍	おのこども歯科 医院		様	ご承認印	
住所	愛知県名古屋市中区京町1丁目			村田	
TEL	052-769-1183	室	1-31		
機種名	ウォッシャー・デイスル石77-	メーカー	(株)エーエーエー		
型式	WD-150	(号機)	製番	14080153	
完了	催促	有料	無料	運送費	1790

ご依頼内容・現象
 イラ-3(機器内漏水)が出る。
 (ご依頼者 機)

原因

漏米センサーの劣化の為。

処置

☒ 部品交換（右記部品一覧を参照して下さい）

☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃

☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認

☐ 点検表に基づく点検整備（別紙点検表を参照して下さい）

☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

・ 潤水センサー 交換。

・ 給水アダプター 取り付け。

・ 試運転。

お客様への伝言

作業日 20 年 月 日

保形 サース 作区	守憲 ビ樹 業分	1 保守契約	2 状態点検	3 状態点検	4 状態点検	5 点検	9 別表	(摘要✓)	
		1 保守期間	2 ポイント	3 CM	医療機器				特管
作区	業分	00 製品販売	10 納入設置	11 地盤調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ヶル	60 撤去移設
		70 PR	72 取説説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 PC	80 アフター	90 その他

受 付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コ	ー	ド	交換部品・機材名称	数量	単 価	金 額
---	---	---	-----------	----	-----	-----

[illegible]

1	基本・据付・点検・性検 (見積書No)	
2	技術料 2 H× / 名× 8,500円	17,000
3	派遣料 名× 円	
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6	17,000 - (3,000)	14,000

サービセンター

名白屋SC

TEL

実施者

中山

取扱業者 (請求先)

(株)エーエアグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

管理№. 830345

左記作業をおこないましたので、ご
検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、
上欄の管理№にてお問い合わせ下さい。

・医療機器の修理・点検（医療機器修理業許可取得）・販売

M エムシーサービス株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島5171-5
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-1074

札幌SC	鹿野SC	つくばSC
秋田SC	盛本SC	千葉SC
山台SC	金沢SC	埼玉SC
岡山SC	北国SC	香取SC
新潟SC	新潟SC	茨城SC

計奈川 SC	大塚 SC	相模 SC
静岡 SC	和賀 SC	松本 SC
名古屋 SC	岡山 SC	鹿児島 SC
岐阜 SC	広島 SC	
新潟 SC	北九州 SC	

洗淨・滅菌業務委託・医療機器等洗淨・滅菌テスト

M 滅菌センター

〒308-0002 長野県上田市住吉200-8
TEL 0268-27-2200 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム

CARE メディカルケア株式会社

〒387-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

料 金 内 訳

⑬ A

部品代	12000
-----	-------

ⓁB

技術料等	20	700
------	----	-----

[illegible]

16

規則合計金額	32700
--------	-------

□

消費税	3270
-----	------

請求金額 円	35	970
--------	----	-----

納品書№	
------	--