Ⓒ 作業報告書

得意先	伝馬歯科 様	ご承認印	
住所	愛知県名古屋市熱田区伝馬1丁目6-5	レルマイ	
TEL	052-671-1032	室名	
機種名	ウォシャー ディスインフェクター	メーカー	(株)エルエアグリテック
型式	WD-150 (号機)	製番	14080164
完了	継続	有料	無料	運転回数	3753 回

作業日 20 21 年 01 月 12 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット / 3 CM / 医療機器 / 区分 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

	月	日	時	分
受付				
到着時間				
作業完了時刻				

取扱業者(請求先)
(株)エルエアグリテック
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 829121

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
北関SC 長野SC つくばSC 横浜川SC 大阪SC 東関SC 新田SC 長岡SC 千葉SC 静岡SC 神戸SC 名古屋SC 仙台SC 金沢SC 埼玉SC 姫路SC 岡山SC 広島SC 福山SC 北陸SC 宮崎SC 熊本SC 鹿児島SC 新潟SC 群馬SC 東京SC 茨城SC 東部SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-6 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
・エラー12(ドア開放異常)が出る。
(ご依頼者 様)

原因
ドアロック検知センサーのずれと考えられます。

処置
- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☑分解・再セットアップ ☐各部清掃
- ☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☑試運転 ☐最終検査終了・異常なし

・ドアロック検知センサー調整実施。
・試運転。

お客様への伝言

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

A

1	基本・据付・点検・性検 (見積書No.)		
2	技術料 1.5 H× 1 名× 8,500 円		12,750
3	派遣料 往復45km× 1 名× 100 円		4,500
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3,000
6	~~材料単価~~		2,300

B

料金内訳		
⑬ A 部品代		0
⑭ B 技術料等	22	550
⑮		
⑯ 税別合計金額	22	550
消費税	2	255
ご請求金額 ¥	24	805
納品書No.		

サービスセンター	実施者
名古屋SC TEL	水野 牛山

責任技術者	検印	入力	納品書

C 実施者➡営業