

作業報告書

お得意様 名屋SC	機種 IC Washer	ご承認印 [印]
住所 岐阜県岐阜市山王町1-1-1	TEL 052-738-1180	重名 [印]
担当者 [印]	型式 IC Washer	製造番号 100087
材料 有	送料 有	運送回数 1797

作業日 20 21 年 01 月 21 日

保守形態 1 保守契約 2 性能点検 3 性能点検 4 点検整備 5 点検 9 点検外 (摘要)	サービス形態 1 保守期間 2 スピード 3 CM 医療機器 区分 時 非特替	作業区分 00 製品販売 10 納入設置 11 現地調査 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 モニター 60 搬去移設 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品組入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他
--	--	---

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

乾燥機用樹脂	1		
継手用 (1/2" O/D)	1		

1	基本・据付・点検・性能点検 (見積書No.)	
2	技術料 2.5 H× / 名 × 5,500円	21,250
3	派遣料 往復 45km × 1 名 × 100 円	4,500
4	宿泊費 泊 × 名 × 円	
5	諸経費	3,000
6	材料費	1,040

責任技術者 検印 入力 納品書

名屋SC 実施者 中山

TEL

取扱業者 (請求先)
(株) エイ・エー・エー
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No 831708

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合わせ下さい。

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社
〒367-0013 長野県千曲市小島3171-6
TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

減菌センター
〒366-0002 長野県上田市住吉260-8
TEL 0268-27-2220 FAX 0268-27-2250

CORE メディカルケア株式会社
〒367-0013 長野県千曲市小島3172
TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4118

料金内訳

⑬ A 部品代 0

⑭ B 技術料等 29,790

⑮

⑯ 税別合計金額 29,790

⑰ 消費税 2,979

ご請求金額 ¥ 32,769

納品書No

2021年 2月 1日 8時47分 エムシーサービス (株) 名屋SC

ご依頼内容・現象
水漏れ (エフ NO. 1 漏洩検出発生)

原因
乾燥機用樹脂割れによる水漏れ

処置
☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☐ 各部増締め ☐ 分解・再セットアップ ☐ 各部清掃
☐ グリスアップ ☐ 動作確認 ☐ 設定・プログラムの確認
☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐ 性能検査立ち会い ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了・異常なし

上記継手及び継手用パッキン 各1個交換
循環回路継手用ナット及びホースビッド増設
試運転

お客様への伝言