

株式会社IHIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブIC Clave 設置報告書

(株)IHIAグリテック用

お客様	名称 カルバウチ科 三重県鈴鹿市神戸 8-27- 2013 2014	製造番号 300134	納入検査実施日 2021年2月22日	ご確認 神原 亮
	住所	納入検査実施者 IHIAサービス(株)中心		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚、トレーのキズ・汚れ		✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	蓋の取付取外しに問題がないか		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク	✓	装置正面のコネクターからの排水ホース排水	性能評価	✓	B&Dテスト実施 
	✓	コネクター部からの水漏れ(無いいこと)		✓	リークチェックテスト
	✓	タンク内に汚れはないか		✓	0点調整
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	付属品の確認・銘板・メンテナンス銘板記入貼付
スぺース	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	その他	✓	運転・お手入れ方法の説明 装置内運転時異音
特記事項					
※不具合 204 ✓					